

**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte**

Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças

Coordenadoria de Licitações, Contratos e Materiais

Seção de Análise Técnica de Contratações

VALOR ESTIMADO Nº 26/2022**Processo 2931/2022****Aquisição de Equipamentos Odontológicos**

Item	CATMAT	Descrição	Unid.	Quant.	Fonte de pesquisa	Valor Total Estimado R\$
1.	437552	Canetas de Alta-Rotação de uso odontológico Descrição: • Corpo metálico em alumínio ou metal duro; • Pressão de trabalho (bar): 2,1 bar = 210 kPa = 30,4 psi ± 5 %; • Autoclavável a até 135º C • Conexão borden (2 furos); • Spray triplo; • Rotação 360.000 A 420.000 RPM • Sistema de troca broca acionamento através de botão localizado na parte de trás da cabeça (como push-button ou similar) • Rolamento com esferas cerâmicas; • Baixo nível de ruído (nível sonoro e vibração ≤70 dB) • Torque: 0,13 Ncm • Sistema de proteção contra penetração de líquidos	Unid.	5	FUTURADENT https://www.futuradent.com.br/pecas-de-mao/alta-rotacao-aro-sl-30-pb-tb-dabi?parceiro=8139&gclid=CjwKCAjwlcaRBhBYEiwAK341jWdPZmMspzfsXoDCMIH2KtQH3O7h3UhPVO8CEH9MAcpIDxoifyq9xBoCi1kQAvD_BwE 869,00 DENTAL MED SUL https://www.dentalmedsul.com.br/caneta-alta-rotacao-z25t---schuster/p?idsku=5335&utm_source=google_shopping&utm_campaign=dms&utm_medium=cpc&gclid=CjwKCAjwlcaRBhBYEiwAK341jVKT7putta4-Xe7fFfy-crpxL5H_nC_vgxQawfyllgJT5vSkrLfn6BoCOilQAvD_BwE 871,30 AMERICANAS https://www.americanas.com.br/produto/69247492?epar=bp_pl_00_go_agro_pmax_geral&pn=YSMESP&WT.srch=1&gclid=CjwKCAjwlcaRBhBYEiwAK341jT-XtYA2z5qHW1yya-sFmWpED021ZodwRgwXo03FxAysptlqtXi85xoCJIUQAvD_BwE 827,31	
2.	450977	Contra-ângulos de baixa rotação para uso odontológico Descrição: • Corpo em alumínio • Para utilização com micromotor de baixa rotação com conexão intra giratório universal operado por pressão pneumática • Relação de transmissão: 1:1 • Spray externo Simples •	Unid.	3	GRIDIMPORTS https://www.gridimports.com.br/contrangulo-t10?gclid=CjwKCAjwlcaRBhBYEiwAK341jYh4isx9tSEx-sPKKExOW85KJ4-ZHA8x-pt6NKKkNxfp7lvEw41BahhoCRM0QAvD_BwE 673,20 DENTAL MED SUL https://www.dentalmedsul.com.br/contrangulo-intra-t10-1-1---schuster/p?idsku=5336&utm_source=google_shopping&utm_campaign=dms&utm_medium=cpc&gclid=CjwKCAjwlcaRBhBYEiwAK341jYh4isx9tSEx-sPKKExOW85KJ4-ZHA8x-pt6NKKkNxfp7lvEw41BahhoCRM0QAvD_BwE	

		Baixo nível de ruído e vibração • Rotação máxima de 20.000 rpm. • Autoclavável a até 135º C • Fixação da broca por sistema de trava		2022 - Anexo nº 17, 131 - Andamento nº 5416133 e nº 17, 131 - Andamento nº 5416133 https://www.medsystemhospitar.com.br/odontologia/pecas-de-mao/contrangulo-t10-schuster?parceiro=7129&gclid=CjwKCAjwlcaRBhB_YEiwAK341jfIRCK1vUUxQWAvIV1PqauqT7nCzkQD_4mJ_GnUXJO7VFPeh_LZbghoCQIIQAvD_BwE 673,20 MED SYSTEM HOSPITALAR 708,23	25/52
VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)					6.333,99

Os itens do Termo de Referência possuem exclusividade de participação para Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), nos termos do inciso I do art. 48 da LC 123/2006.

- CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO – 5 X 855,87 = 4.279,35
- CONTRA- ÂNGULOS DE BAIXA ROTAÇÃO – 3 X 684,88 = 2.054,64

Natal/RN, 12 de abril de 2022

Karina Flávia Pedrosa Santos
Seção de Análise Técnica de Contratações