

Pregão Eletrônico

70008 .662020 .2040 .4951 .1267291367



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00066/2020

Às 14:00 horas do dia 03 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 106/2020-DG de 23/04/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 6255/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00066/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de desfibriladores externos automáticos pronta entrega.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: DESFIBRILADOR

Descrição Complementar: DESFIBRILADOR, TIPO EXTERNO AUTOMÁTICO, RECURSOS INTEGRADOS MONITOR LCD, TIPO ONDA BIFÁSICA, TEMPO MÁXIMO CARGA ATÉ 12 S, MEMÓRIA GRAVA ECG, EVENTOS, PESO CERCA DE 4 KG, CAPACIDADE BATERIA MÍNIMO DE 200 DESCARGAS, COMPONENTE MONITORAECG C/ PÁS ADESIVAS, COMPONENTES ADICIONAIS TECLA EM PORTUGUÊS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO DE VOZ, TIPO MÓDULO PORTÁTIL, C/ ALÇA TRANSPORTE, MALETA, TIPO USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 27.218,9100

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000 e com valor negociado a R\$ 19.999,9800 .**

Histórico

Item: 1 - DESFIBRILADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Ho Registr
30.843.402/0001-19	DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: Instramed Fabricante: Instramed Modelo / Versão: Isis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESFIBRILADOR, TIPO EXTERNO AUTOMÁTICO, RECURSOS INTEGRADOS MONITOR LCD, TIPO ONDA BIFÁSICA, TEMPO MÁXIMO CARGA ATÉ 12 S, MEMÓRIA GRAVA ECG, EVENTOS, PESO CERCA DE 4 KG, CAPACIDADE BATERIA MÍNIMO DE 200 DESCARGAS, COMPONENTE MONITORAECG C/ PÁS ADESIVAS, COMPONENTES ADICIONAIS TECLA EM PORTUGUÊS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO DE VOZ, TIPO MÓDULO PORTÁTIL, C/ ALÇA TRANSPORTE, MALETA, TIPO USO ADULTO E PEDIÁTRICO	Sim	Sim	3	R\$ 9.040,0000	R\$ 27.120,0000	02/09/2020 21:54:31
21.579.468/0001-52	TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: TOTH LIFECARE Fabricante: TEKMARKET INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Modelo / Versão: EASYSHOCK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Desfibrilador Externo Automático EASYSHOCK é indicado principalmente para o tratamento de vítimas acometidas de fibrilação ventricular (FV) e taquicardias ventriculares (TV) específicas que são as causas mais frequentes da parada cardíaca súbita (PCS). Indicado tanto pa	Sim	Sim	3	R\$ 9.072,9700	R\$ 27.218,9100	02/09/2020 15:24:11

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/ata3.asp?co_uasg=70008&numprp=00066... 03/09/2020

truncada bifásica. Parâmetros de forma de onda ajustados em função da impedância do paciente. Aplicação choque: Por meio de pás adesivas multifuncionais. Comandos: Botão Paineira frontal - (ligar/desligar) Tela sensível ao toque: permite selecionar o modo manual e definir as escalas de energia. Escalas para desfibrilação Adult 150 à 270 J. - Infantil: 10, 20, 30, 40 ou 50 J. Seleção Adulto/Infantil: Automático pelo tipo de pás. Comando carga: Automático após identificar arritmias chocáveis Comando de choque: Botão no painel frontal, quando piscando. Tamanho das pás: Adulto = área: 82 cm². - Infantil = área: 30 cm². Tensão de saída máxima: 20 V. Corrente de saída máxima: 60 A (25 ohms). 03 *

08.648.188/0001-90 COMERCIAL Sim Sim 3 R\$ 10.000,0000 R\$ 30.000,0000 02/09/2019 19:22:01

Marca: cmos drake

Fabricante: cmos drake

Modelo / Versão: life 400 futura

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desfibrilador Externo automático (DEA) Projetado para atendimentos de emergência, atuando em casos de parada cardíaca (fibrilação ventricular e taquicardia ventricular) com reforços internos e corpo externo emborrachado, resistente a choques e umidades. Compacto leve. Atuação dupla: como desfibrilador manual ou DEA; Orientação por voz e por indicadores visuais na tela LCD; Mínimo de 200 choques (200 Joules, carga plena, bateria em boas condições). Inteligência artificial diagnóstica acurada das condições do paciente, indicando ou não a aplicação do choque e impedindo o uso acidental (modo DEA). Utilização horizontal ou vertical. Conexão com PC via USB, incluindo software para download e gerenciamento dos dados. Choque Bifásico. Autodiagnóstico de funções e bateria. Gravação de eventos para posterior análise; acesso fácil às pás para uso e reposição. Especificações Técnicas Bateria interna: Tipo: Li-ion, 14,4 VDC 4,0 A/h Duração: 10 horas em modo de reconhecimento de ritmo cardíaco (bateria com carga plena) ou um mínimo de 200 choques em 200 Joules (bateria em boas condições). Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 5 horas Fonte do carregador da bateria: Rede elétrica 100-240V/50-60Hz Consumo (máximo): Rede elétrica 1 A Saída: 24 VDC, 1,5 A Forma de onda: Exponencial truncada bifásica. Parâmetros de forma de onda ajustados em função da impedância do paciente. Aplicação choque: Por meio de pás adesivas multifuncionais. Comandos: Botão Paineira frontal - (ligar/desligar) Tela sensível ao toque: permite selecionar o modo manual e definir as escalas de energia. Escalas para desfibrilação Adult 150 à 270 J. - Infantil: 10, 20, 30, 40 ou 50 J. Seleção Adulto/Infantil: Automático pelo tipo de pás. Comando carga: Automático após identificar arritmias chocáveis Comando de choque: Botão no painel frontal, quando piscando. Tamanho das pás: Adulto = área: 82 cm². - Infantil = área: 30 cm². Tensão de saída máxima: 20 V. Corrente de saída máxima: 60 A (25 ohms). 03 *

02.605.669/0001-32 ROSANGELA Sim Sim 3 R\$ 14.670,0000 R\$ 44.010,0000 02/09/2019 21:21:01

Marca: INSTRAMED

Fabricante: INSTRAMED

Modelo / Versão: DEA ION LED PRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desfibrilador Externo automático (DEA) Projetado para atendimentos de emergência, atuando em casos de parada cardíaca (fibrilação ventricular e taquicardia ventricular) com reforços internos e corpo externo emborrachado, resistente a choques e umidades. Compacto leve. Atuação dupla: como desfibrilador manual ou DEA; Orientação por voz e por indicadores visuais na tela LCD; Mínimo de 200 choques (200 Joules, carga plena, bateria em boas condições). Inteligência artificial diagnóstica acurada das condições do paciente, indicando ou não a aplicação do choque e impedindo o uso acidental (modo DEA). Utilização horizontal ou vertical. Conexão com PC via USB, incluindo software para download e gerenciamento dos dados. Choque Bifásico. Autodiagnóstico de funções e bateria. Gravação de eventos para posterior análise; acesso fácil às pás para uso e reposição. Especificações Técnicas Bateria interna: Tipo: Li-ion, 14,4 VDC 4,0 A/h Duração: 10 horas em modo de reconhecimento de ritmo cardíaco (bateria com carga plena) ou um mínimo de 200 choques em 200 Joules (bateria em boas condições). Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 5 horas Fonte do carregador da bateria: Rede elétrica 100-240V/50-60Hz Consumo (máximo): Rede elétrica 1 A Saída: 24 VDC, 1,5 A Forma de onda: Exponencial truncada bifásica. Parâmetros de forma de onda ajustados em função da impedância do paciente. Aplicação choque: Por meio de pás adesivas multifuncionais. Comandos: Botão Paineira frontal - (ligar/desligar) Tela sensível ao toque: permite selecionar o modo manual e definir as escalas de energia. Escalas para desfibrilação Adult 150 à 270 J. - Infantil: 10, 20, 30, 40 ou 50 J. Seleção Adulto/Infantil: Automático pelo tipo de pás. Comando carga: Automático após identificar arritmias chocáveis Comando de choque: Botão no painel frontal, quando piscando. Tamanho das pás: Adulto = área: 82 cm². - Infantil = área: 30 cm². Tensão de saída máxima: 20 V. Corrente de saída máxima: 60 A (25 ohms). 03 *

24.603.766/0001-29 CLARA MARIA Sim Sim 3 R\$ 19.200,0000 R\$ 57.600,0000 03/09/2019 08:29:31

Marca: CMOS DRAKE

Fabricante: CMOS DRAKE

Modelo / Versão: DEA LIFE FUTURA 400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características Técnicas: Alarmes sonoros e visuais: Alarmes de bateria fraca. Auxílio ao socorrista: Indicação sonora para o ritmo da massagem cardíaca. O equipamento emite um BIP orientando o socorrista a velocidade adequada da massagem cardíaca a ser aplicada no tórax do paciente. Auto-teste: Realiza auto teste ao ser ligado periodicamente. Informa o percentual da carga da bateria quando detectada que a bateria está com percentual baixo os alarmes serão iniciados emitindo um sinal sonoro e visual. Alimentação: 110/220 volts Anula carga: Descarga interna após 30 segundos se não houver sido acionada o botão luminoso de tratamento. Bateria: De Lithium - recarregável de longa duração - Pack de baterias que possibilita tanto a utilização de baterias recarregáveis quanto baterias descartáveis. Bateria recarregável Lithium Ion Standard: Capacidade para 200 choques ou 10 horas de monitoramento, 5 anos em stand-by. Tipo: Lithium Polymer (LI-PO) recarregável, 11,1 VDC, 2200mAh. Alimentação Interna (bateria interna). Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 4 horas. Temperatura de 10°C a 60°C. Carregador da bateria: Entrada: 100 - 240 VAC/ 50 - 60 Hz Saída: 12,6VDC - 800mA. A Combinação do Carregador com o equipamento compõe um sistema. Modo de desfibrilação infantil de fábrica: Uso infantil de 01 a 08 anos de idade - com limite de 50 Joules - 50 - 50 - 50 joules. Modo de desfibrilação adulto disponíveis: 150-200-200 joules 150-150- 150 joules, 150, 200, 360 joules ou outras configurações de acordo com a necessidade do cliente. Comandos: Comandos de voz, texto, sinais visuais. Dispõe de comando de voz e texto apresentados em display.

que instrui o socorrista/profissional durante a sequência da RCP. Conexão das pás: As pás ficam conectadas equipamento e enquanto esta não é conectada o DEA informa por comando de voz e texto, indicando necessidade de conectá-las. Conectores: Conector das pás de choque (eletrodos) na parte frontal equipamento. Detecções: Detecta automaticamente arritmias malignas, TV E FV, que necessitam de desfibrilação automática. Dados visualizados no display: Visualiza a curva, o número de choques, cronômetro, indicador nível de bateria, BPM, as mensagens de texto e desenhos explicativos. Display de cristal líquido colorido: 4,3". Colorido Com ângulo superior a 30% (trinta) por cento de inclinação que permite ao socorrista a perfeita visualização da monitorização do ECG. ECG: Sistema automático de avaliação de ECG que detecta complex QRS, apresentando a curva do ECG no display do equipamento. Entrada USB: Conexão USB para transferência dados Frequência cardíaca: 10-300 BPM com apresentação numérica no display. Gabinete: Em polímero de alto impacto – totalmente isolado. Grau de proteção: IP 56 – Proteção contra entrada de sólidos e líquidos. Grau de proteção contra choque elétrico: Aplicável a cada módulo: Grau de proteção contra choque elétrico SPO2 - Par aplicada de tipo BF à prova de desfibrilação DEA – Parte aplicada de tipo CF à prova de desfibrilação Impedância: Medidas da impedância para ajuste da fase 1 e 2 da onda bifásica (20-200Ohms), ajustando tempo de duração, o nível de corrente elétrica do choque, aumentando a eficácia na desfibrilação e reduzindo risco de danos causados ao paciente não permitindo disparo com pás abertas ou em curto-circuito. Idioma Português - Opcionais: Inglês e Espanhol Pás descartáveis: Pás descartáveis adulto e/ou infantil. Peso: Pequeno, aproximado de 1,9 kg. Dimensão: 295 x 225 x 155 mm. Softwares: Possui software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos interface, licença de software, quando solicitado com esta versão. Software Phoenix: através deste software é possível visualizar todos os eventos ocorridos durante a toda utilização do equipamento. Através do Cartão de memória ou do cartão UBS será possível a transferência dos dados para o software Phoenix que permitirá uma análise detalhada de eventos gravados durante a utilização do DEA. Permite visualização de todos os dados armazenados; Exibição das curvas, eventos, informações gerais, impressão de dados, alteração de idioma, Visualização de eventos ocorridos, data e hora, descrição da ocorrência. Com capacidade de armazenamento de 4 gigabytes ou mais 1000 eventos. Tempo de carga: Menor que 5 segundos para 150 joules. Tempo desde o início da operação do desfibrilador até a prontidão para descarga: Máximo 30 segundos na energia máxima. Tempo de carga completa da bateria: 4 horas quando completamente descarregada. Tempo descarga: Menor que 240 ms. Tipo de onda Bifásica Exponencial Truncada. Softwares: Possui software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos interface, licença de software, quando solicitado com esta versão.

03.761.081/0001-30 ASSISTMEDICA Sim Sim 3 R\$ 72.000,0000 R\$ 216.000,0000 03/09/2020 08:43:11
COMERCIO E
ASSISTENCIA
TECNICA
MEDICA LTDA

Marca: COMEN

Fabricante: SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTO

Modelo / Versão: Cardioversor /DEA /Monitor S8

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Desfibrilador/Monitor S8 é um Desfibrilador/Monitor bifásico, e aplicável à desfibrilação manual, desfibrilação do DEA, marca-passo e monitoramento de sinais vitais e parâmetros; • Tela LCD colorida de 8,4" (resolução: 800 x 600 pixels) com retroiluminação em LED. • Pode ser operado através de botões, teclas e botão rotacional • Seleção de energia de até 360J • Variação da impedância do paciente: Desfibrilação externa: 20Ω-250Ω; / Desfibrilação interna: 15Ω-250Ω; • Tempo de carga: Com bateria nova com carga completa (a 20°C de temperatura ambiente): Tempo de carga 200J em menos de 5s; tempo de carga de 360J em menos de 8s. / Com fonte de energia AC: Tempo de carga 200J em menos de 8s; tempo de carga de 360J em menos de 11s. • Estimulação Não Invasiva • Monitoramento integrado de sinais vitais: ECG, Resp, Temp, PNI, SpO2. • Faixa de medida da frequência cardíaca - Adulto (FC): 15 a 300 bpm. • Faixa de medida da frequência cardíaca - Pediátrico / Neonato - (FC): 15 a 350 bpm. Faixa de medida da frequência respiratória - Adulto - (FR): 0 a 120 rpm. • Faixa de medida da frequência respiratória - Pediátrico / Neonato - (FR): 0 a 150 rpm. • Faixa de medida de Saturação (SPO2): 0 a 100%. Faixa de medida da frequência de pulso (SPO2): 20 a 254 bpm. • Faixa da medida da pressão não invasiva Adulto - (PNI): 40 a 270 mmHg. • Pressão Sistólica: 40 a 270 mmHg. • Pressão Diastólica: 10 a 215 mmHg. • Pressão Média: 20 a 235 mmHg. • Faixa da medida da pressão não invasiva - Pediátrico - (PNI): 40 a 200 mmHg. • Pressão Sistólica: 40 a 200 mmHg. • Pressão Diastólica: 10 a 150 mmHg. • Pressão Média: 20 a 165 mmHg. • Faixa da medida da pressão não invasiva - Neonato - (PNI) • Faixa de medida de temperatura (TEMP): 0 a 50 °C. • 7 derivações (5 fios) de ECG Multiderivação simultâneas (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6). • Ganho de ECG: 2,5mm/mv, 5 mm/mv, 10 mm/mv, 20 mm/mv, auto. • Frequência Cardíaca (FC) • Respiração: o Alarme de apneia com tempo programável. • Visualização da curva de respiração. • Temperatura - 2 canais • PNI - método oscilométrico: Pode operar em modo manual e automático. • Sistema de SPO2 para leitura em baixa perfusão / presença de movimento - Tecnologia: Comen. • Impressora integrada no equipamento - Utiliza a tecnologia BTE (elemento bidirecional do transceptor), um ensaio clínico substancial para sua segurança e eficácia. As tecnologias exclusivas de compensação de impedância e BTE da Comen podem medir automaticamente a impedância do tórax, ajustar a tensão e o tempo de descarga e proporcionar a melhor desfibrilação e cardioversão com o mínimo de energia e a menor lesão aos pacientes. • A desfibrilação alcança até 360J, o mais alto do segmento, proporcionando a melhor desfibrilação e cardioversão para pacientes com alta impedância torácica. • Tempo de carregamento curto, carrega para 360J em menos de 10s, para 200J em menos de 5s. • Botões '+', '-', '/', 'descarga' na placa do eletrodo para ajustar a energia. • A exclusiva tecnologia de estimulação transcutânea não invasiva pode monitorar a impedância e a corrente do marcapasso 24/7. Frequência e a corrente do marcapasso são 40-170bpm e 0-200mA, respectivamente. • O DEA estável e confiável está em conformidade com os requisitos GB9706.8 (IEC60601-2-4), AAMI DF80 e a política da AHA (American Heart Association). • É resistente e durável. Pode suportar o impacto de uma queda de 0,75 m de altura. O grau de proteção é o IP44, pode lidar com todos os possíveis ambientes ruins e transporte durante o resgate de emergência. Pode funcionar muito bem na chuva, depois de cair ou ao bater em um objeto sólido. • Dados de tendência longa: 120 horas com resolução de 1 minuto. • Gráfico de tendência e tabela de tendência: 120 horas. • Evento de alarme: 200. • Dados de mensuração de NIBP (PNI): 2.000 conjuntos de dados. • Parâmetro de forma de onda: 120 horas. • A bateria de lítio de alta capacidade pode suportar carga de 360J (máximo) por 2 vezes. Usa tecnologia inteligente de gerenciamento de bateria. A luz indicadora de capacidade da bateria está equipada para verificação rápida. Permita o ajuste automático da capacidade para evitar falhas repentinas de energia. • Bateria: Duas baterias Lítio recarregáveis - 4500 mAh, D.C. 14,8V; • Alimentação elétrica (Bivôlta automática: CA 110 - 240 V / 50 - 60Hz; • Tipo de proteção contra choques elétricos: Classe I com fonte de alimentação interna. • Classificação por diretiva de dispositivos médicos: Classe III; • Normas de segurança

atendidas: IEC 60601-1, IEC 60601-1-8, IEC 60601-2-4, IEC 60601-27, IEC 80601-2-30, IEC 60601-2-34, IEC 60601-2-49, IEC 60601-2-56, IEC 60601-2-6;; • Grau de proteção (água e objetos): IP44;

36.268.317/0001-50 JOSE CAMPOS Sim Sim 3 R\$ 90.000,0000 R\$ 270.000,0000 03/09/2020 10:29:01
DE MACEDO
07620276220

Marca: INSTRAMED

Fabricante: INSTRAMED

Modelo / Versão: I ON - PRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESFIBRILADOR DEA I ON PRO COM BATERIA RECARREGAVEL ELETRODO ADULTO DESCARTAVEL.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 270.000,0000	36.268.317/0001-50	03/09/2020 14:00:15:850
R\$ 216.000,0000	03.761.081/0001-30	03/09/2020 14:00:15:850
R\$ 57.600,0000	24.603.766/0001-29	03/09/2020 14:00:15:850
R\$ 44.010,0000	02.605.669/0001-32	03/09/2020 14:00:15:850
R\$ 30.000,0000	08.648.188/0001-90	03/09/2020 14:00:15:850
R\$ 27.218,9100	00.304.559/0003-77	03/09/2020 14:00:15:850
R\$ 27.218,9100	09.721.729/0001-21	03/09/2020 14:00:15:850
R\$ 27.218,9100	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:00:15:850
R\$ 27.120,0000	30.843.402/0001-19	03/09/2020 14:00:15:850
R\$ 27.000,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:03:56:290
R\$ 27.119,0000	09.721.729/0001-21	03/09/2020 14:04:00:060
R\$ 26.999,0000	09.721.729/0001-21	03/09/2020 14:04:03:413
R\$ 26.950,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:04:16:613
R\$ 26.949,0000	09.721.729/0001-21	03/09/2020 14:04:17:630
R\$ 26.900,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:04:31:510
R\$ 26.899,0000	09.721.729/0001-21	03/09/2020 14:04:32:437
R\$ 26.895,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:05:12:317
R\$ 26.894,0000	09.721.729/0001-21	03/09/2020 14:05:13:497
R\$ 26.890,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:05:26:747
R\$ 26.889,0000	09.721.729/0001-21	03/09/2020 14:05:27:890
R\$ 26.850,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:05:43:837
R\$ 26.849,0000	09.721.729/0001-21	03/09/2020 14:05:45:233
R\$ 26.830,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:05:57:527
R\$ 26.829,0000	09.721.729/0001-21	03/09/2020 14:05:58:487
R\$ 26.800,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:06:12:043
R\$ 26.799,0000	09.721.729/0001-21	03/09/2020 14:06:12:787
R\$ 26.750,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:06:21:997
R\$ 26.749,0000	09.721.729/0001-21	03/09/2020 14:06:22:993
R\$ 26.745,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:06:33:537
R\$ 26.744,0000	09.721.729/0001-21	03/09/2020 14:06:34:653
R\$ 26.700,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:06:45:687
R\$ 26.699,0000	09.721.729/0001-21	03/09/2020 14:06:46:887
R\$ 26.650,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:07:15:517
R\$ 26.649,0000	09.721.729/0001-21	03/09/2020 14:07:17:027
R\$ 25.500,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:07:30:880
R\$ 25.499,0000	09.721.729/0001-21	03/09/2020 14:07:32:053
R\$ 25.450,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:07:41:073
R\$ 25.449,0000	09.721.729/0001-21	03/09/2020 14:07:42:230
R\$ 25.320,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:07:57:380
R\$ 25.319,0000	09.721.729/0001-21	03/09/2020 14:07:58:657
R\$ 25.300,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:08:08:497
R\$ 25.299,0000	09.721.729/0001-21	03/09/2020 14:08:09:880
R\$ 25.250,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:08:16:213
R\$ 25.249,0000	09.721.729/0001-21	03/09/2020 14:08:17:507
R\$ 25.000,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:08:26:020
R\$ 24.999,0000	09.721.729/0001-21	03/09/2020 14:08:27:120
R\$ 24.870,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:08:35:623

R\$ 24.869,0000	09.721.729/0001-21	03/09/2020 14:08:36:423
R\$ 24.850,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:08:57:877
R\$ 24.849,0000	09.721.729/0001-21	03/09/2020 14:08:59:343
R\$ 204.000,0000	03.761.081/0001-30	03/09/2020 14:09:09:310
R\$ 24.600,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:09:14:500
R\$ 24.599,0000	09.721.729/0001-21	03/09/2020 14:09:16:233
R\$ 24.550,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:09:25:163
R\$ 33.000,0000	02.605.669/0001-32	03/09/2020 14:09:25:483
R\$ 24.549,0000	09.721.729/0001-21	03/09/2020 14:09:26:047
R\$ 23.900,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:09:37:950
R\$ 23.899,0000	09.721.729/0001-21	03/09/2020 14:09:39:330
R\$ 23.850,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:09:58:357
R\$ 23.849,0000	09.721.729/0001-21	03/09/2020 14:09:59:267
R\$ 23.750,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:10:04:493
R\$ 23.749,0000	09.721.729/0001-21	03/09/2020 14:10:05:940
R\$ 23.500,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:10:13:653
R\$ 27.210,0000	36.268.317/0001-50	03/09/2020 14:10:24:173
R\$ 23.400,0000	08.648.188/0001-90	03/09/2020 14:10:33:817
R\$ 23.350,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:10:47:057
R\$ 23.049,0000	08.648.188/0001-90	03/09/2020 14:16:31:750
R\$ 23.300,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:16:42:960
R\$ 23.030,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:16:53:710
R\$ 23.029,0000	08.648.188/0001-90	03/09/2020 14:17:12:447
R\$ 23.000,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:17:20:860
R\$ 23.692,5000	09.721.729/0001-21	03/09/2020 14:17:56:667
R\$ 22.999,9999	08.648.188/0001-90	03/09/2020 14:18:01:203
R\$ 22.000,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:18:04:373
R\$ 21.900,0000	08.648.188/0001-90	03/09/2020 14:27:33:487
R\$ 20.000,0000	21.579.468/0001-52	03/09/2020 14:27:48:860

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2020 14:02:49	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/09/2020 14:27:20	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 22.000,0000 e R\$ 23.692,5000.
Encerrada Disputa Fechada	03/09/2020 14:32:20	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/09/2020 14:32:20	Item encerrado.
Aceite	03/09/2020 16:37:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.579.468/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000 e com valor negociado a R\$ 19.999,9800. Motivo: Valor registrado como negociado tendo em vista o previsto no subitem 6.4 do Edital quanto ao limite máximo de duas casas decimais no valor unitário do item. Faço a aceitação tendo em vista informação do setor demandante informando que o produto atende ao especificado no Edital.
Habilitado	03/09/2020 16:41:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 21.579.468/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	03/09/2020 14:00:25	Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.
Pregoeiro	03/09/2020 14:02:41	Solicito que, após o término da fase de lances, permaneçam conectados no intuito de facilitar as diligências via CHAT, caso seja necessário.

Pregoeiro	03/09/2020 14:02:50	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/09/2020 14:27:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 22.000,0000 e R\$ 23.692,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:32:20 do dia 03/09/2020.
Sistema	03/09/2020 14:32:20	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 23.692,5000 não enviou lance único e fechou para o item 1.
Sistema	03/09/2020 14:32:20	A etapa fechada do item 1 foi encerrada.
Sistema	03/09/2020 14:32:20	O item 1 está encerrado.
Sistema	03/09/2020 14:32:21	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	03/09/2020 14:44:12	Senhores licitantes, favor aguardar...
Pregoeiro	03/09/2020 15:00:30	Senhores licitantes, estou aguardando análise da proposta vencedora da fase de lance. Sendo assim, faço a suspensão do certame e agendo sua reabertura para hoje, dia 03/09/2020, às 16h30 (DF).
Sistema	03/09/2020 16:41:20	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	03/09/2020 16:41:34	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/09/2020 às 17:15:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	03/09/2020 15:01:00	Previsão de Reabertura: 03/09/2020 16:30:00. Motivo: Senhores licitantes, estou aguardando análise da proposta vencedora da fase de lances. Sendo assim, faço a suspensão do certame e agendo sua reabertura para hoje, dia 03/09/2020, às 16h30 (DF).
Reativado	03/09/2020 16:31:46	
Abertura de Prazo	03/09/2020 16:41:20	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	03/09/2020 16:41:34	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/09/2020 às 17:15:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.0 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:26 horas do dia 03 de setembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MANOEL NAZARENO FERNANDES FILHO
Pregoeiro Oficial

MARIA MARLY FRUTUOSO
Equipe de Apoio



Voltar



PREGÃO ELETRÔNICO



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte

Pregão Eletrônico Nº 00066/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

21.579.468/0001-52 - TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>DEFIBRILADOR</u>	Unidade	3	R\$ 27.218,9100	R\$ 6.666,6600	R\$ 19.999,9800

Marca: TOTH LIFECARE

Fabricante: TEKMARKET INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Modelo / Versão: EASYSHOCK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Desfibrilador Externo Automático EASYSHOCK é indicado principalmente para o tratamento de vítimas acometidas de fibrilação ventricular (FV) e taquicardias ventriculares (TV) específicas que são as causas mais frequentes da parada cardíaca súbita (PCS). Indicado tanto para pacientes adultos como para pacientes pediátricos (menos de 8 anos e 25kg) com EASYSHOCK é um equipamento microprocessado, portátil e ergonômico, sendo o mais leve do mercado, com peso de 1 kg (com bateria e sem acessórios), adequado para uso em ambientes intra-hospitalar e extra-hospitalar. Capacidade de exportação dos dados por porta USB, visualização em um PC por meio do software de transferência e gerenciamento de dados. Descarga interna automática após 30 segundos se não houver disparo. Botões: Botão Liga/Desliga, Botão Entrega de Choque, Botão Paciente Pediátrico, 4 Botões de Navegação Botão de entrega de choque luminoso. Comando de voz com mensagens e instrução do passo a passo. Mensagem audiovisual, tons de alerta, mensagem de texto em português, número de choques, hora e tempo percorrido. Metrônomo na frequência de 100 tons/minuto é ligado para que auxilie usuário no ritmo da massagem cardíaca. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EQUIPAMENTO OFERTADO: TAMANHO: Dimensões: A: 254 mm L: 222 mm P: 76 mm Peso: 1,0 kg (com bateria e sem acessórios) TELA: Display: LCD TFT colorido de 7" resolução 800 x 480 Dimensão do Display: 154.08 x 85.92 mm Escala de energia: Escala de energia Modo Automático Adulto: 150J; 170; 200J ou conforme configurável pelo próprio usuário Modo Automático Pediátrico: 50J, 50J e 50J ou conforme configurável pelo próprio usuário Ação: Carregar energia MODO MANUAL: Controle da energia entregue na hora da desfibrilação, que chega a até 200J. O botão que acende e sinaliza para o usuário o momento certo de realizar o choque. Níveis de seleção de energia disponíveis: Modo Avançado Adulto: 1J; 2J; 3J; 4J; 5J; 6J; 7J; 8J; 9J; 10J; 20J; 30J; 50J; 70J; 100J; 130J; 150J; 170J; 200J Modo Avançado Pediátrico: 1J; 2J; 3J; 4J; 5J; 6J; 7J; 8J; 9J; 10J; 20J; 30J; 50J; 70J; 100J ELETROCARDIOGRAMA Monitorização de ECG pelas pás adesiva com apresentação da curva na tela. Contato de eletrodo: Mensagens de Voz e visuais indicarão que as pás não estão devidamente conectadas no paciente. ECG pelas pás: Sinal captado pelas pás de choques através das posições Antero-Lateral ou Antero-Posterior MEMÓRIA: Armazenamento dos dados do paciente através da memória interna do equipamento. Memória de evento contínuo de ECG, eventos críticos e procedimentos realizados em memória interna com tempo de gravação contínuo. Registro e Visualização de Eventos: SD Card de 4GB, expansível até 8GB. Acompanha Software para transmissão de dados para um PC BATERIA Bateria Recarregável Li-Ion 2600mah Indicador de Bateria: Bargraph 5 LEDs Tipo: Íons de Lítio (LI-ION) Capacidade: 14.8V 2600mAh Tempo de Carga: 1 hora para 70% ou 2 horas para carga completa Autonomia: 250 choques ou 4.5 horas de monitoração ou anos no modo stand by Temperatura/Operação Carregando: 0°C a 45°C Operação: -20°C a 60°C (75°C na superfície) Armazenamento: -20°C a 60°C (por 1 mês) Armazenamento: -20°C a 25°C (por 1 ano). CARREGADOR DE BATERIA EASYSHOCK Entrada de Rede Elétrica: 100-240 V AC e 47-63 Hz Consumo Máximo: 1A / 100VAC ou 0.5A / 240VAC Tensão de Saída: 18 V ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHA CADA EQUIPAMENTO: 01(uma) pás adesivas adulta / pediátrico 01 (um) par bateria 01 (um) manual do usuário 01 (um) certificado de garantia Normas mínimas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda IEC: 2012 ABNT NBR IEC60601-1-2:2010 ABNT NBR IEC60601-1-6:2011 ABNT NBR IEC60601-1-9:2014 ABNT NBR IEC 60601-1-11:2012 ABNT NBR IEC60601-2-4:2014 MARCA: TEKMARKET INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MODELO: EASYSHOCK RMS: 81658400005 PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Total do Fornecedor: R\$ 19.999,9800

Valor Global da Ata: R\$ 19.999,9800

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Voltar

Pregão Eletrônico



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00066/2020

Às 17:27 horas do dia 03 de setembro de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00066/2020, referente ao Processo nº 6255/2020, o pregoeiro, Sr(a) MANOEL NAZARENO FERNANDES FILHO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

****OBS:** Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: DESFIBRILADOR

Descrição Complementar: DESFIBRILADOR, TIPO EXTERNO AUTOMÁTICO, RECURSOS INTEGRADOS MONITOR LCD, TIPO ONDA BIFÁSICA, TEMPO MÁXIMO CARGA ATÉ 12 S, MEMÓRIA GRAVA ECG, EVENTOS, PESO CERCA DE 4 KG, CAPACIDADE BATERIA MÍNIMO DE 200 DESCARGAS, COMPONENTE MONITORAECG C/ PÁS ADESIVAS, COMPONENTES ADICIONAIS TECLA EM PORTUGUÊS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO DE VOZ, TIPO MÓDULO PORTÁTIL, C/ ALÇA TRANSPORTE, MALETA, TIPO USO USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 27.218,9100

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA , **pelo melhor lance de** R\$ 20.000,0000 , **com valor negociado a** R\$ 19.999,9800 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	03/09/2020 17:27:31	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.579.468/0001-52, Melhor lance: R\$ 20.000,0000, Valor Negociado: R\$ 19.999,9800

Fim do documento

